

MICROLIFE DIGITAL THERMOMETER

百略醫學數字顯示電子體溫計

MODEL：MT16C2 使用說明書



microlife

IB MT16C2 TW 4219

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

感謝您購買此款電子體溫計，為了正確的使用本體溫計，建議您在第一次使用前認真閱讀本操作說明書，閱讀後，請妥善保管說明書以便後續再次參考。

產品描述：



安全性建議：

- * 本體溫計只適用於人體體溫量測。
- * 請確保在蜂鳴器響之前的量測時間不低於要求的最低測量時間。
- * 本體溫計內含可能會被小孩吞食的細小物體，如電池等，因此請絕對不要將體溫計交給無人照管的小孩。
- * 請避免猛力摔落或敲擊體溫計以免造成不必要的損壞。
- * 請避免在環境溫度高於 60°C 的條件下使用本體溫計，切勿水煮體溫計。
- * 請使用在本說明書的“清洗和消毒”條款中列明的商用消毒劑來清洗本體溫計。
- * 請不要使用已損壞或是任何異常的產品。
- * 請存放產品遠離日光直曬、高溫高濕及粉塵環境。
- * 請勿使用產品靠近手機、微波爐、無線電等強磁場環境。
- * 警告：本體溫計內部使用一款長效的可更換的鹼性電池，電池更換時請依照當地法規的要求處理廢舊電池。

開機

請按下顯示幕旁邊的按鍵開機，這時會有一短的“Bi”聲，提示您已經開機。開機後顯示幕會自動檢測顯示，此時當環溫低於32°C，顯示幕會顯示“L°C”，即代表體溫計處於備用狀態，並可進行體溫量測。

功能檢測：

- * 本體溫計在每次開機時都會進行自檢以確保功能正常，如果檢測到功能異常（如操作不正確），顯示幕會顯示“ERR”這時體溫計會無法測量。此時，請更換本體溫計。

使用本體溫計：

*在體溫計量測時，顯示幕會一直顯示當前測量到的溫度值，在此期間“°C”符號會保持閃動，如果體溫計發出“嗶嗶”的聲音(10響)，同時“°C”停止閃動，這表示溫度在8秒內上升不到0.01°C，這時可以讀取量測值了。

警告！為了延長電池的使用壽命，請在完成量測完成後關閉體溫計，否則，體溫計會在大約 10 分鐘後自動關機。

體溫因人而異。所謂正常體溫指的是個人身體狀況良好時的平均溫度。正常體溫的範圍如以口腔溫度而言，一般是從 36.1°C到37.7°C，肛溫則為36.6°C到38.2°C，腋溫則為35.6°C到37.2°C。

量測方式：

-- 口溫量測：

將體溫計放入口腔，確保感溫頭位於舌頭下靠左或靠右的兩個空囊之一中，緊閉口腔並保持從鼻腔呼吸以避免吸入和呼出的氣體影響測溫。

量測時間：大約 1 分鐘；

-- 肛溫量測：

這種方式是最精準的量測方式，而且特別適合嬰兒和小孩童量測體溫。請小心的將感溫頭插入被測者的肛門大約 2 -3 CM 即可進行量測。

量測時間：大約 1 分鐘；

-- 腋溫量測：

依照醫學的觀點，此種量測方式經常會導致不夠準確的讀值，因此在需要精確的測量值時

請避免使用此方式。

量測時間：大約 5-10 分鐘；

消毒與清洗

使用軟布，並經過下面的消毒劑潤濕，然後對體溫計的外殼和感溫頭進行清洗和消毒。

名稱：水稀釋比例

異丙醇70%:95.0%

注意：切勿使用腐蝕性的溶劑，稀釋劑或苯類溶劑進行清洗。而且請不要將體溫計浸入水中或其他清洗液體中。

切勿水煮體溫計。

更換電池

當顯示幕的右下角出現“▽”符號時，表示電池已經耗盡，需要更換新的電池。需要更換電池時，請順向推開電池蓋，取出舊電池，並放入將新的電池（+ 正面朝上）。請確定電池規格和原來的一致。本電池可到任意電材行購買。廢棄舊電池的處理請參考前面的“安全性建議”。

保固期限

本產品提供2年保固。在保固期限內，如果發現有因為設計或製造的缺陷引起的不良，我們將會給予無償維修或更換，但不包括電池與包裝及因不當使用所造成的任何損壞。

請將功能不良的體溫計附帶購買的收據包裝好寄給您最近的經銷商。

技術規格

產品種類	數字顯示電子體溫計
溫度量測範圍	32.00°C-42.99°C 當環溫低於 32.00°C，顯示幕會顯示“L”（太低溫） 當環溫高於 42.99°C，顯示幕會顯示“H”（太高溫）
量測準確度	±0.1°C 34°C-42.0°C，環溫 18°C-28°C
顯示規格	液晶顯示器 (LCD)，4 -1/2 字體，顯示比例：0.01°C
顯示幕	液晶顯示幕
蜂鳴器功能	開機時發出一短的”Bi”聲；並且在量測完成後發出連續的嗶聲
儲存功能	自動儲存上一次的測溫讀值
儲存環境溫度	-20°C- +50°C
電池種類	1.5V鹼性鈕扣電池

總代理：泰豐生技股份有限公司

地址：新北市三重區重新路五段609巷10號4樓

電話：(02) 6635-8789

藥商名稱：百略醫學科技股份有限公司

藥商地址：台北市內湖區瑞光路431號9樓

製造廠名稱：ONBO ELECTRONIC (SHENZHEN) CO., LTD.

製造廠地址：No.138, Huasheng Road, Langkou Community, Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, China
許可字號：衛署醫器陸輸字第000029號

CE0044 產品符合 EU-Directive 93/42/EEC 第 IIa 類醫療器械規定。

丟棄電池或本產品時需遵照當地的相關法規

(不包括家居廢物)。

表示此產品為內部電源類BF 型應用部份設備。

使用前請詳細閱讀本使用說明書。

[主管機關不良事件通報網址]

食品藥物管理署網站首頁 > 業務專區 > 通報及安全監視專區 > 通報入口 (我要通報) > 醫療器材不良事件通報或下載「醫療器材不良品通報表」後，以郵寄傳真或電郵方式向全國藥物不良反應通報中心通報。

版本：4219